

## Bot verankerd hoortoestel

### Het vervolgtraject na de eindcontrole

#### **Controle afspraken polikliniek KNO**


Na de eindcontrole is er geen noodzaak voor reguliere controle van het implantaat van uw bot verankerd hoortoestel. Uw reguliere controles bij uw KNO-arts blijven gewoon doorgaan. We raden u aan om jaarlijks het implantaat en de BAHA te laten controleren. Mocht u klachten hebben of verdere vragen met betrekking tot uw implantaat, dan kunt u altijd een afspraak maken bij uw Keel-, Neus- en Oorarts (KNO-arts).

#### **Controle afspraken Audiologisch Centrum**

In principe krijgt u geen controle afspraken bij het Audiologisch Centrum. Maar mocht u klachten of vragen hebben met betrekking tot uw bot verankerd hoortoestel, of de instellingen daarvan, dan kunt u altijd een afspraak maken bij het Audiologisch Centrum. Als u vermoedt dat uw hoortoestel kapot is, dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de fabrikant van uw bot verankerd hoortoestel.

#### **Verzorging**

Om complicaties te voorkomen is het belangrijk dat u de huid rond het implantaat goed verzorgt. Tussen het koppelstuk van het implantaat en de huid ontstaat een kleine ruimte. Hierin kunnen zich huidresten en dode huidcellen ophopen. De huidresten kunt u het beste dagelijks verwijderen tijdens het douchen met behulp van de borstel uit het verzorgingssetje, om het implantaat schoon te houden.



bron: Cochlear.nl 1

#### **Complicaties op langere termijn**

- **Huidontsteking:** Na de operatie komt het koppelstuk door de huid. De huid rondom het implantaat is gevoelig voor ontstekingen. Zoals hierboven beschreven is het belangrijk om de huid rondom het implantaat goed schoon te houden. Een ontsteking is goed te behandelen met antibioticumzalf. Soms is het nodig om een lint met antibioticumzalf onder een healing cap te plaatsen of antibioticumtabletten te slikken.
- **Implantaatverlies:** Na een trauma (stoten of vallen) of bij langdurige huidontstekingen kan het implantaat los raken en eruit vallen. Er kan altijd een nieuw implantaat worden geplaatst.
- **Huid overgroei:** De huid rond het implantaat kan onrustig en dikker worden, waardoor de huid over het koppelstuk heen kan groeien. Dit is te behandelen met antibioticumzalf. Soms is het nodig om de extra huid weg te snijden of om een langer koppelstuk te plaatsen.
- **Pijn:** Direct na de operatie en tijdens de genezing is milde pijn normaal. Bij enkele mensen neemt deze pijn niet af of wordt deze erger na verloop van tijd. Neem hierover dan contact op met uw KNO-arts. Reden voor deze pijn kan een huidontsteking of een loszittend implantaat zijn.

#### **vijf-jaars vervanging**

Iedere vijf jaar komt u in aanmerking voor vervanging van het toestel. Zoals ieder elektronisch toestel, slijt ook uw botverankerd hoortoestel. Daarbij zijn er door technologische vooruitgang vaak nieuwe mogelijkheden. U kunt zich door uw huisarts laten verwijzen om een proef te doen

met het nieuwste type bot verankerd hoortoestel. U krijgt dan een afspraak bij de KNO-arts en het Audiologisch Centrum.

## MRI

Indien u in de toekomst een MRI-onderzoek moet ondergaan, is dit geen probleem voor het bot verankerd implantaat. Het implantaat is goedgekeurd tot een MRI-onderzoek met 3 Tesla of minder. Bij vragen hierover kan er altijd contact worden opgenomen met de polikliniek KNO.

## Contact

Hebt u nog vragen of is er sprake van een mogelijke complicatie, neem dan contact met ons op.

Polikliniek KNO/Audiologisch Centrum: 043 - 387 54 00 tijdens kantooruren

Spoedeisende Hulp: 043 - 387 67 00 buiten kantooruren

## Websites

- [www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)
- <http://kno.mumc.nl/botverankerd-hoortoestel>
- <http://www.kno.nl/index.php/patienten-informatie/oor/bcd/>

*Odin:048039 / uitgave: juli 2018*

---

Bezoekadres  
P. Debyelaan 25  
6229 HX Maastricht

Postadres  
Postbus 5800  
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer  
043-387 65 43  
[www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)